

**LPI NO. 01-2022, REFERENTE A LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE
UN EQUIPO ONCOLÓGICO PARA EL INSTITUTO NACIONAL DEL
CÁNCER ROSA EMILIA PÉREZ DE TAVAREZ (INCART), REPÚBLICA
DOMINICANA.**

**CIRCULAR 01
QUE DA RESPUESTA A LAS CONSULTAS REALIZADAS POR LOS
INTERESADOS EN EL PROCESO.**

El Comité Ejecutivo conformado y constituido para el proceso de Licitación Pública Internacional de referencia LPI No. 01-2022, les informa que, dentro del plazo de consultas establecido en el cronograma de actividades del referido proceso, ha recibido la siguiente pregunta, la cual procedemos a responder:

PREGUNTA I: Por medio de la presente, les informamos que estaremos participando en la licitación LPI No. 01-2022. De igual forma, quisiéramos una aclaración en la ficha técnica, ya que hace excesiva alusión a una marca en particular. Muchas gracias.

RESPUESTA:

La ficha técnica ha sido actualizada, de manera que se evite confusión en cuanto a la aclaración que solicita. Los oferentes pueden proponer cualquier marca y modelo del mercado que cumpla con las especificaciones solicitadas. Cualquier nombre o dato que pueda considerarse muy específico debe considerarse solo como una referencia para la cual su equipo ofertado debe suplir el equivalente de la marca que oferte, que cubra las necesidades indicadas. Los valores de energía de trabajo de los detectores son para permitir el rango de estudios que el hospital necesita, si se establecen valores más bajos de energía de los detectores se dejaría fuera algunos tipos de estudio, por ejemplo aquellos con I131.

Dado en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, al veintiuno (21) días del mes de abril del año dos mil veintidós (2022).

COMITÉ EJECUTIVO